



VÝZVA ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stropního kolejnicového systému

Akce je realizována v rámci projektu „Pořízení stropního zvedacího zařízení pro odlehčovací službu“, identifikační číslo projektu v Evidenčním dotačním systému: 013D312007305. Nejedná se o veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

1. Identifikace zadavatele

Obchodní jméno: Město Šumperk
Sídlo: nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
IČ: 00303461
DIČ: CZ 00303461

zastoupené

ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Jirglem – 2. místostarostou
ve věcech technických: Ing. Pavlem Volfem – vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, tel. 583 388 304, e-mail: pavel.volf@sumperk.cz

profil zadavatel: https://zakazky.sumperk.cz/profile_display_271.html

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky je dodávka a montáž stropního zvedacího, přepravního a asistenčního kolejnicového systému se zvedacími jednotkami, který umožní transport klientů mezi místnostmi denního stacionáře 2.NP budovy na ul. Generála Svobody 68 v Šumperku. Kolejnicová dráha bude provedena v pokojích (č. 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.27), na chodbách (č. 2.20, 2.22, 2.28) a v sociálním zařízení (sprcha, WC). Všechny místnosti vč. sociálního zařízení budou celoplošně vykryty.

V objektu je nainstalován systém Roomer od výrobce Human Care, uživatel objektu od tohoto výrobce využívá různá příslušenství, je tedy nutné, aby tato příslušenství byla kompatibilní s dodávaným kolejnicovým systémem.

Zhotovitel si zajistí zaměření a příp. realizační dokumentaci.

Transport mezi místnostmi bude systémem přenesení klienta v závěsu zvedací jednotkou standardními dveřmi přímo z jedné místnosti do druhé (bez úprav dveří, zárubní a naddveří) – přímo z jedné kolejnice na druhou. Zvedací jednotka musí při transportu mezi místnostmi fungovat tak, aby nedocházelo k výraznému poklesu přepravované osoby či ke kontaktu s podlahou.

Kolejnicový systém vedený v podstropním prostoru umožní 100% plošné pokrytí místností všemi směry a transport mezi místnostmi bez stavebních úprav (prostupů). Kolejnice bílé barvy umožní pasivní pojezd s tlumením hluku pojezdu, beznástrojové připnutí a odepnutí klienta v dostupné výšce (max. 2m).

Dvourychlostní zvedací jednotky s možností zavěšení třibodového patientského vaku budou vybavené vestavěnými napájecími akumulátory a ručním ovladačem na kabelu. Dobíjení nabíječkou mimo kolejnicový systém, specializované patientské závěsy pro různá použití (transport, koupání, toaleta). Převážní vaky budou mít minimálně třibodové uchycení a nastavitelnou šířku závěsného ramene pro přizpůsobení proporcím přepravované osoby.

Systém umožní bezpečné použití ve sprše a koupelně. Součástí dodávky budou specializované patientské závěsy (bez pomocného rámu) pro různá použití (koupání, toaleta). Minimální nosnost zařízení bude 150 kg. Celý systém bude v souladu s ČSN EN ISO 10535 a bude splňovat předpisy pro výrobky ve zdravotnictví.

Součástí předmětu plnění a celkové ceny díla je:

- stropní kolejnicový systém umožňující celoplošné (100%) vykrytí plochy pro manipulaci a transport ve všech místnostech denního stacionáře, kolejnice bílé barvy
- stropní zvedák - zvedací jednotka umožňující přechod mezi místnostmi - nosnost min. 150 kg, nouzové spouštění v případě poruchy, pozvolný rozjezd a dojezd při zvedání (bez rázů) pádová pojistka, kontrolka stavu nabití a vybití přístroje, nabíječka, doba nabíjení max. 12 hodin, ochrana proti zkratu a přehřátí, senzor napnutí navíjeného popruhu
- závěsné rameno
- 8 ks závěsů – min. třibodové uchycení vaku
 - 4x koupací vak s oporou hlavy, vel. S, M, L a XL
 - 4x toaletní vak se zesílenými zády, polstrovaným podpažím a široce vykrojenou sedací částí, která umožňuje snadné svléknutí kalhot a použití toalety přímo v závěsu, vyroben z polyesterové síťoviny – závěs z rychle schnoucího materiálu je možné běžně máčet a používat i ke sprchování či koupání, vel. S, M, L a XL
- pomocné konstrukce a spojovací materiál (stěny sociálního zařízení jsou tvořeny pouze příčkou 10 cm)
- montáž a instalace všech prvků systému vč. dopravy
- zakrytí dotčených podlah uvnitř budovy tak, aby nedošlo k jejich poškození, následný úklid
- zpracování provozního řádu, návod na údržbu zařízení
- uvedení do provozu
- provozní zkouška
- před uvedením do provozu - regulace a zaškolení pracovníků určených k obsluze
- poskytnutí záruk a na celé dílo a odstraňování vad v záruční době do 2 pracovních dnů od nahlášení reklamace

Předpokládaná cena veřejné zakázky malého rozsahu je: 877 tis. Kč bez DPH.

Termín realizace zakázky je stanoven do 31.3.2022. Samotná montáž bude probíhat maximálně 10 dnů.

Zadávací podmínky vč. Návrhu smlouvy o dílo jsou přístupny na profilu zadavatele:

<https://zakazky.sumperk.cz/vz00001095>

3. Lhůta a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí **dne 26.1.2022 v 10.00 hodin**. Nabídky se podávají v českém jazyce osobně (na podatelnu) nebo doporučenou poštou v písemné formě v uzavřené obálce označené „**PONTIS – kolejnicový systém - NEOTVÍRAT**“ nebo přes profil zadavatele – viz. Zadávací podmínky.

Nabídka bude podepsána statutárním orgánem dodavatele nebo zmocněnou osobou; v případě potvrzení nabídky zmocněnou osobou doloží dodavatel v nabídce originál plné moci či jiného platného pověřovacího dokumentu.

Každý účastník zadávacího řízení může podat pouze jednu nabídku.

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

- a) Uchazeč v nabídce doloží příslušné oprávnění k podnikání - výpis z živnostenského rejstříku a výpis z obchodního rejstříku. Oprávnění bude v prosté kopii ne starší než 90 dnů ke dni podání nabídek.
- b) Uchazeč v nabídce doloží čestné prohlášení:
 - o bezdlužnosti vůči příslušnému finančnímu úřadu a příslušnému úřadu sociálního zabezpečení
 - o bezúhonnosti účastníka zadávacího řízení (fyzické osoby) či statutárního orgánu účastníka zadávacího řízení (právnícké osoby)
- c) Uchazeč v nabídce uvede nejméně 3 své referenční akce na dodávku a montáž kolejnicového zařízení v nemocnici, domově důchodců nebo v budově poskytující sociální služby s investičním nákladem na jednotlivé akce minimálně 300 tis. Kč bez DPH, na které se podílel jako generální dodavatel nebo subdodavatel v posledních 5 letech. Uchazeč prokáže reference seznamem, který bude obsahovat:
 - akci, investiční náklad, rok realizace, objednatele (vč. kontaktu na osobu potvrzující referenci)

5. Pravidla pro hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez Kč.

V Šumperku dne 10.1.2022

Ing. Pavel Volf
vedoucí odboru strategického rozvoje,
územního plánování a investic